

# 单一来源采购专家论证意见表

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |        |                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------|
| 项目信息     | 采购单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 玉环市第二人民医院              |        |                |
|          | 采购项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 西门子 16 排 CT 配套服务项目     | 采购预算金额 | 65 万 / 年 * 3 年 |
|          | 联系人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 孔万君                    | 联系电话   | 13586193380    |
|          | 拟定供应商名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 国药集团联合医疗器械有限公司         |        |                |
|          | 拟定供应商地址                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 北京市朝阳区太阳宫中路 19 号院 1 号楼 |        |                |
|          | 论证时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019.6.13              | 论证地点   | 杭州             |
| 项目基本情况   | <p>我院现有 SIEMENS 16 排 CT 一台，型号为 SOMATOM Emotion 16，于 2014 年购入，自投入使用以来，使用情况良好。但随着医院的发展和门急诊量的增加，对我院 SIEMENS Emotion 16 排 CT 的运行状况也提出越来越高的要求。为了保证我院 SIEMENS Emotion 16 排 CT 设备运行的安全性、稳定性、高效性，需要对 SIEMENS Emotion 16 排 CT 设备进行维护以及保养。</p> <p>该设备系西门子医疗（德国）有限公司生产。国药集团联合医疗器械有限公司是该公司台州地区经授权的售后服务机构，由于技术保护等方面的原因，其他公司无力维修、软件升级、提供原厂配件，特别是球管、探测器等高耗值备件等，并且为了保证原有采购项目的一致性和配套服务的要求，只能从唯一供应商处采购。</p> <p>故拟采用单一来源方式采购，由国药集团联合医疗器械有限公司提供西门子 16 排 CT 配套服务。</p> |                        |        |                |
| 专业人员论证意见 | 专家论证意见：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |        |                |
|          | <p>国药集团联合医疗器械有限公司是该设备台州地区经授权的售后服务机构，由于技术保护等方面的原因，其他公司无力维修、软件升级、提供原厂配件，特别是球管、探测器等高耗值备件等，并且为了保证原有采购项目的一致性和配套服务的要求，考虑到本项目的特点及实际需求，建议本项目采用单一来源方式采购，由国药集团联合医疗器械有限公司承接西门子 16 排 CT 配套服务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |        |                |



|                |                                                                                                                                                                                              |     |    |          |             |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|-------------|------|
| 见及专业<br>人员信息   | 专业人员信息:                                                                                                                                                                                      |     |    |          |             |      |
|                | 序号                                                                                                                                                                                           | 姓名  | 职称 | 工作单位及职务  | 联系电话        | 专家签字 |
|                | 1                                                                                                                                                                                            | 赵岐  | 高工 | 浙江省新华医院  | 13396599960 | 赵岐   |
|                | 2                                                                                                                                                                                            | 夏永生 | 高工 | 湖州作第3民医院 | 13335815638 | 夏永生  |
|                | 3                                                                                                                                                                                            | 陈爱华 | 高工 | 湖州作第3民医院 | 13868032266 | 陈爱华  |
| 采购<br>单位<br>意见 | <p>以上情况属实。</p> <p>           经办人: 孙明 负责人: 赵新航<br/>           2019年6月17日<br/>           单位盖章         </p>  |     |    |          |             |      |

(本表填写完整后, 加盖骑缝章, 上传至单一来源采购公示的附件中。)

